

URGENT veiligheidsbericht

**Philips Respironics – Sleep and Respiratory Care
Bericht voor patiënten**

**Amara View Minimal Contact Full Face-masker
DreamWear Full Face-masker
DreamWisp-neusmasker met kussen over de neus
Wisp-neusmaskers en Wisp Youth-neusmaskers
Therapy-masker 3100 NC/SP**

29 augustus 2022

In dit document vindt u belangrijke informatie over hoe u de apparatuur op een veilige en correcte wijze gebruikt.

- Bestudeer de hierna volgende informatie samen met al uw collega's die ook op de hoogte moeten zijn van de inhoud van dit bericht. Het is belangrijk dat u weet wat de consequenties zijn van dit bericht.

Beste patiënt,

De volgende Philips Respironics-apparaten met patiëntinterface (gezichts- en neusmaskers) bevatten magneten: Amara View Minimal Contact Full Face-masker, DreamWear Full Face-masker, DreamWisp-neusmasker met neuskussen, Wisp-neusmaskers en Wisp Youth-neusmaskers en Therapy-masker 3100 NC/SP.

Philips Respironics werkt de bestaande contra-indicaties en waarschuwingen als volgt bij:

Contra-indicatie: het gebruik van het masker is gecontra-indiceerd voor patiënten en hun gezinsleden, verzorgers en bedpartners die geïmplanteerde hulpmiddelen hebben die door magneten kunnen worden beïnvloed en die zich mogelijk in de nabijheid bevinden van patiënten die de maskers gebruiken, waaronder o.a.:

- Pacemakers
- Implanterbare cardioverter-defibrillators (ICD)
- Neurostimulatoren
- Magnetische metalen implantaten/elektroden/kleppen geplaatst in bovenste ledematen, romp of hoger (d.w.z. nek en hoofd)
- CSF-shunts (cerebrospinale vloeistof) (bijv. VP-shunt (ventriculoperitoneale shunt))
- Aneurysma-clips
- Embolische spoelen
- Hulpmiddelen voor intravasculaire flowonderbreking bij intracranieel aneurysma
- Metalen craniële platen, schroeven, afdekkingen van boorgaten en hulpmiddelen ter vervanging van botten
- Metalen splinters in het oog
- Oculaire implantaten (bijv. glaucoomimplantaten, retinale implantaten)
- Bepaalde contactlenzen met metaal
- Implantaten om het gehoor of de balans te herstellen met een geïmplanteerde magneet (zoals cochleaire implantaten, geïmplanteerde gehoorapparaten met botgeleiding en auditieve hersenstamimplantaten)
- Magnetisch kunstgebit
- Metalen gastro-intestinale clips
- Metalen stents (bijv. aneurysma, coronair, tracheobronchiaal, biliair)
- Implanterbare poorten en pompen (bijv. insulinepompen)
- Hypoglossale zenuwstimulators
- Apparaten die zijn gelabeld als MR-onveilig (magnetische resonantie)
- Magnetische metalen implantaten die niet zijn gelabeld voor MR of die niet zijn geëvalueerd voor de veiligheid in een magnetisch veld

Waarschuwing: in het masker worden magneten met een magnetische veldsterkte van 400 mT gebruikt. Met uitzondering van de hulpmiddelen die in de contra-indicatie worden genoemd, dient u ervoor te zorgen dat het masker op een afstand van minstens ongeveer 15,24 cm wordt gehouden van andere medische implantaten of medische hulpmiddelen die door de magnetische velden kunnen worden beïnvloed om mogelijke effecten van plaatselijke magnetische velden te voorkomen. Dit geldt ook voor gezinsleden, verzorgers en bedpartners die zich mogelijk in de nabijheid bevinden van patiënten die de maskers gebruiken.

1. De aard van het probleem en de omstandigheden waaronder het zich kan voordoen

- De aangetaste maskers bevatten magneten die de werking kunnen beïnvloeden en/of de beweging/verplaatsing van medische implantaten of medische hulpmiddelen kunnen veroorzaken die door magnetische velden kunnen worden beïnvloed.
- Zie de contra-indicatie en waarschuwing in deze kennisgeving voor meer informatie.

2. Beschrijving van het gevaar/letsel dat met het probleem samenhangt

- Met uitzondering van de hulpmiddelen die in de contra-indicatie worden genoemd, kunnen de magneten, als ze op minder dan ongeveer 15,24 cm afstand van een metalen implantaat of hulpmiddel worden geplaatst, tot gevolg hebben dat het hulpmiddel niet naar behoren functioneert, wat kan leiden tot ernstig letsel.
- Er zijn veertien (14) meldingen van patiënten geweest die vermoeden dat de magneten in de maskers hun medische hulpmiddelen hebben beïnvloed, waaronder: storing bij pacemaker, storing bij pacemaker met vervanging als gevolg, noodzaak van aanpassing van de shunt, resetten van de automatische implanteerbare cardioverter-defibrillator (AICD), aanvallen, regelmatig uitschakelen van de defibrillator, aritmie, onregelmatige bloeddruk, verandering van de hartslag en cognitieve problemen.

3. Betrokken producten en hoe deze te identificeren

Hieronder worden afbeeldingen van de betreffende maskers weergegeven. De magnetische hoofdbandclips op deze maskers zijn omcirkeld. Deze beelden kunnen worden gebruikt als voorbeeld om te bepalen of in uw masker of in het masker van uw patiënt ook magnetische hoofdbandclips worden gebruikt. Deze maskers zijn bedoeld als interface voor het toedienen van CPAP- of Bi-level-therapie aan patiënten. De onderdeelnummers voor de betrokken maskers en maskeronderdelen die magneten bevatten, worden vermeld in Afbeelding 6.



Afbeelding
1: Amara
View Full
Face-masker



Afbeelding
2:
DreamWisp-
neusmasker



Afbeelding
3:
DreamWear
Full Face-
masker



Afbeelding
4: Wisp- en
Wisp Youth-
neusmasker



Afbeelding
5: Therapy-
masker 3100
NC/SP

4. Acties die de patiënt moet ondernemen om risico's te voorkomen

Als patiënt die deze maskers gebruikt, dient u de volgende actie te ondernemen:

U moet de volgende actie ondernemen:

- 4.1. **STOP** met het gebruik van het betrokken masker als het implantaat/medische hulpmiddel is gecontra-indiceerd voor de magneten in het masker. Patiënten moeten hun arts onmiddellijk raadplegen om te bepalen of voor hun therapie een ander masker kan worden gebruikt. Schakel in de tussentijd over op een niet-magnetisch masker, indien beschikbaar, voor verdere therapie. Voer het masker met magneten op de juiste wijze af nadat een alternatief is verkregen.
- 4.2. Als u en/of gezinsleden, verzorgers en bedpartners die zich mogelijk in uw nabijheid bevinden, geen geïmplanteerde medische hulpmiddelen of metaalsplinters in de ogen hebben, is er geen actie nodig.
- 4.3. Gezinsleden, verzorgers en bedpartners met een medisch implantaat/hulpmiddel moeten ervoor zorgen dat het masker minimaal ongeveer 15,24 cm uit de buurt van de medische implantaten/hulpmiddelen blijft.
- 4.4. Neem contact op met de klantenservice van Philips Respironics voor meer informatie over niet-magnetische maskers.

5. Beschrijving van de acties die Philips plant om het probleem te verhelpen

Philips Respironics werkt de bestaande contra-indicatie en waarschuwing bij door middel van de informatie in dit veiligheidsbericht.

6. **Neem voor meer informatie over dit probleem of voor ondersteuning contact op met uw leverancier / aanbieder of uw lokale Philips Respironics vertegenwoordiger.** Voor algemene problemen of opmerkingen kunt u contact opnemen met **qandr_benelux@philips.com**

Dit bericht is gerapporteerd aan de betreffende regelgevende instanties. Bijwerkingen of kwaliteitsproblemen die zich voordoen bij het gebruik van dit product kunnen worden gemeld aan Philips of de plaatselijke bevoegde autoriteit. Philips Respironics betreurt eventuele ongemakken die door dit probleem worden veroorzaakt.

Met vriendelijke groeten,

Thomas Fallon
Head of Quality Assurance
Terugroepactie medisch apparaat

Apparaten waarop dit probleem betrekking heeft - Afbeelding 6:

Amara View Minimal Contact Full Face-masker		Wisp- en Wisp Youth-neusmasker	
Onderdeelnr.	Beschrijving	Onderdeelnr	Beschrijving
1090602	S Amara View-masker met hoofdband	1094050	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1090603	M Amara View-masker met hoofdband	1094051	WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET MAGN. CLIPS, DOM
1090604	L Amara View-masker met hoofdband	1094053	WISP-MASKER, VS, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND
1090622	S Amara View-masker met hoofdband, DOM	1094060	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, INTL
1090623	M Amara View-masker met hoofdband, DOM	1094061	WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, INTL
1090624	L Amara View-masker met hoofdband, DOM	1094062	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, INTL SE
1090641	XS Amara View-masker met hoofdband, JPN	1094070	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, JPN SE
1090642	S Amara View-masker met hoofdband, JPN	1094071	P, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JPN
1090643	M Amara View-masker met hoofdband, JPN	1094072	S/M, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JPN
1090644	L Amara View-masker met hoofdband, JPN	1094073	L, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JPN
1090651	XS Amara View-masker SE met hoofdband, JPN	1109298	WISP YOUTH-MASKER, STOF, MET MAGN. CLIPS, DOM
1090652	S Amara View-masker SE met hoofdband, JPN	1113954	XL, Wisp-masker, stoffen frame, met hoofdband, JP
1090653	M Amara View-masker SE met hoofdband, JPN	1117119	MW, Wisp-masker, stoffen frame, met hoofdband, JP
1090654	L Amara View-masker SE met hoofdband, JPN	1118060	P, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1090662	S Amara View-masker met hoofdband, INTL	1118061	S/M, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1090663	M Amara View-masker met hoofdband, INTL	1118062	L, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1090664	L Amara View-masker met hoofdband, INTL	1118063	XL, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1090670	Amara View-masker met hoofdband, FitPack	1118064	P, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1090696	RP – Amara View-hoofdband, L	1118065	S/M, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1090697	RP-Amara View-hoofdband, standaard	1118066	L, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1135080	S AMARA-VIEW-MASKER SE MET HOOFDBAND	1118067	XL, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1135081	M AMARA VIEW-MASKER SE MET HOOFDBAND	1120434	Magnetische hoofdbandclip Wisp/DreamWisp, RP
1135082	L AMARA VIEW-MASKER SE MET HOOFDBAND	1137360	Wisp-neusmasker voor laboratoria, stoffen frame, DOM
1136626	Amara View-magneetclip	1137361	Wisp-neusmasker voor laboratoria, transparant frame, DOM
1090670RTL	AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, FITPACK-RTL	1137366	S/M, Wisp-masker voor laboratoria, stoffen frame, DOM

1136626RTL	Amara View Full Face-magneetclips
------------	-----------------------------------

DreamWear Full Face-masker	
Onderdeelnr.	Beschrijving
1133344	S, DreamWear UTN neus/Full Face, Combo Pack
1133345	M, DreamWear UTN neus/Full Face, Combo Pack
1133370	S, DreamWear Full Face, S en M frame, INTL
1133371	M, DreamWear Full Face, S en M frame, INTL
1133372	L, DreamWear Full Face, S en M frame, INTL
1133373	MW, DreamWear Full Face, S en M frame
1133375	S, DreamWear Full Face, S en M frame, GBL
1133376	M, DreamWear Full Face, S en M frame, GBL
1133377	L, DreamWear Full Face, S en M frame, GBL
1133378	MW, DreamWear Full Face, S en M frame, GBL
1133380	S, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband, GBL
1133381	M, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband
1133382	L, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband
1133383	MW, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband
1133385	S, DreamWear Full Face, S frame, met hoofdband, GBL
1133386	M, DreamWear Full Face, S frame, met hoofdband
1133387	L, DreamWear Full Face, S frame, met hoofdband, GBL
1133388	MW, DreamWear Full Face, S frame, met hoofdband
1133390	S, DreamWear Full Face, L frame, met hoofdband, GBL
1133391	M, DreamWear Full Face, L frame, met hoofdband, GBL
1133392	L, DreamWear Full Face, L frame, met hoofdband, GBL
1133393	MW, DreamWear Full Face, L frame, met hoofdband
1133395	DreamWear Full Face, demopakket
1133400	FitPack, DreamWear Full Face, M frame
1133401	DreamWear Full Face, M frame, zonder hoofdband, GBL

1137367	L, Wisp-neusmasker, stoffen frame, DOM
1137368	S/M, Wisp-neusmasker, transparant frame, DOM
1137369	L, Wisp-neusmasker, transparant frame, DOM
1137370	COMBOPACK, WISP-LABMASKER, DOM
1138989	P, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, 1118060
1138991	L, WISP-MASKER, TRANSPARANT MET HOOFDBAND, DOM 1118062
1138992	XL, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, 1118063
1138993	P, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, 1118064
1138994	S/M, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, 1118065
1138995	L, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, 1118066
1138996	XL, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, 1118067
1139009	S/M, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, 1118061
1094051RTL	WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET MAGN. CLIPS, DOM-RTL
1148366	Magneetclips DreamWisp/Wisp - RTL

DreamWisp-neusmasker met kussen over de neus	
Onderdeelnr	Beschrijving
1137916	FitPack DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1137918	FitPack DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137921	FitPack, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1137922	P, DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137923	S, DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137924	M, DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137925	L, DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137926	XL, DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137927	P, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, GBL
1137928	S, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, GBL
1137929	M, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, GBL
1137930	L, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, GBL

1133405	S, DreamWear Full Face, M frame, zonder hoofdband	1137931	XL, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, GBL
1133406	M, DreamWear Full Face, M frame, zonder hoofdband	1137932	P, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1133407	L, DreamWear Full Face, M frame, zonder hoofdband	1137933	S, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1133408	MW, DreamWear Full Face, M frame, zonder hoofdband	1137934	M, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1133410	S, DreamWear Full Face, S frame, zonder hoofdband	1137935	L, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1133411	M, DreamWear Full Face, S frame, zonder hoofdband	1137936	XL, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1133412	L, DreamWear Full Face, S frame, zonder hoofdband	1137937	P, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, INT
1133413	MW, DreamWear Full Face, S frame, zonder hoofdband	1137938	S, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, INT
1133415	S, DreamWear Full Face, L frame, zonder hoofdband, GBL	1137939	M, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, INT
1133416	M, DreamWear Full Face, L frame, zonder hoofdband	1137940	L, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, INT
1133417	L, DreamWear Full Face, L frame, zonder hoofdband, GBL	1137941	XL, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, INT
1133418	MW, DreamWear Full Face, L frame, zonder hoofdband	1137942	P, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1133423	S/M, DreamWear Full Face, S frame, met hoofdband	1137943	S, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1133424	S/M, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband	1137944	M, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1133425	S/M, DreamWear Full Face, L frame, met hoofdband	1137945	L, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1133427	W, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband	1137946	XL, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1133430	S, DreamWear Full Face-kussen, RP	1137947	P, DreamWisp neus, S-M-L connector, met hoofdband, JPN
1133431	M, DreamWear Full Face-kussen, RP	1137948	S, DreamWisp neus, S-M-L connector, met hoofdband, JPN
1133432	L, DreamWear Full Face-kussen, RP	1137949	M, DreamWisp neus, S-M-L connector, met hoofdband, JPN
1133433	MW, DreamWear Full Face-kussen, RP	1137950	L, DreamWisp neus, S-M-L connector, met hoofdband, JPN
1133434	SW, DreamWear Full Face-kussen, RP	1137951	XL, DreamWisp neus, S-M-L connector, met hoofdband, JPN
1133435	S, DreamWear Full Face-kussen, RP, JPN	1137953	LABPK DREAMWISP ALLE CONNECTORS S/M/L KUSSEN MET HOOFDBAND
1133436	M, DreamWear Full Face-kussen, RP, JPN	1137954	P/XL LABPK DREAMWISP LABPAKKET, S/L CONNECTOR
1133438	W, DreamWear Full Face-kussen, RP, JPN	1137955	Combo labpakket DreamWisp
1133450	DreamWear Full Face-hoofdband, RP	1137964	DreamWisp-HOOFDBAND, RP
1133454	Hoofdbandmagneetclip, RP	1137965	DREAMWISP LARGE HOOFDBAND, RP
1135275	S, DreamWear Full Face, S en M frame	1137966	DREAMWISP RS HOOFDBAND, RP
1135276	M, DreamWear Full Face, S en M frame	1139332	P, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, KR
1135277	SW, DreamWear Full Face, S en M frame	1139333	S, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, KR
1135278	MW, DreamWear Full Face, S en M frame	1139334	M, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, KR

1135327	S, DreamWear Full Face, S en M frame, KR
1135388	M, DreamWear Full Face, S en M frame, KR
1135389	SW, DreamWear Full Face, S en M frame, KR
1135390	MW, DreamWear Full Face, S en M frame
1137430	Fitpack, DreamWear Full Face Lab, M frame
1137431	Uitgebr. maatpakket, DreamWear Full Face-labmasker
1137437	S, DreamWear Full Face-labmasker, M frame
1137438	S, DreamWear Full Face-labmasker, S frame
1137439	M, DreamWear Full Face-labmasker, M frame
1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR FULL FACE-LABMASKER
1140235	S, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband
1143130	FitPack, DreamWear Full Face, M frame
1144347	DreamWear Full Face-hoofdband - Lab, RP
1146593	S, DreamWear Full Face-kussen, RP - RTL
1146594	M, DreamWear Full Face-kussen, RP - RTL
1146595	L, DreamWear Full Face-kussen, RP - RTL
1146596	MW, DreamWear Full Face-kussen, RP - RTL
1146597	DreamWear Full Face-hoofdband, RP - RTL
1148363	DreamWear Full Face-magneetclip - RTL
113375RTL	DreamWear Full Face-maskerkit, small
1133376RTL	DreamWear Full Face-maskerkit, medium
11333377RTL	DreamWear Full Face-maskerkit, large
11333378RTL	DreamWear Face-maskerkit, M kussen
1133430RTL	S, DREAMWEAR FULL FACE-KUSSEN, RP-RTL
11333431RTL	M, DREAMWEAR FULL FACE-KUSSEN, RP-RTL
11333432RTL	DreamWear Full Face-kussen, large
11333433RTL	DreamWear Full Face-kussen, medium

1139335	L, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, KR
1139336	XL, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, KR
1144344	DreamWisp RS HOOFDBAND-Lab, RP
1144345	DreamWisp LARGE HOOFDBAND-Lab, RP
1144346	DreamWisp-HOOFDBAND - Lab, RP
1144502	FitPack, DreamWisp, VS
1148409	DreamWisp-hoofdband (RS)- RTL
1148410	DreamWisp-HOOFDBAND, RP- RTL
1148411	DREAMWISP LARGE HOOFDBAND, RP- RTL
1148913	P, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, CN
1148914	S, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, CN
1148915	M, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, CN
1148916	L, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, CN
1148917	XL, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, CN
1137942AP	P, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, AP
1137942CE	P, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, CE
1137942RC	P, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, RC
1137943AP	S, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, AP
1137943CE	S, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, CE
1137943RC	S, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, RC
1137944AP	M, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, AP
1137944CE	M, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, CE
1137944RC	M, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, RC
1137945AP	L, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, AP
1137945CE	L, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, CE
1137945RC	L, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, RC
1137946AP	XL, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, AP
1137946CE	XL, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, CE
1137946RC	XL, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, RC

Therapy-masker 3100 NC/SP	
1144608	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband
1144610	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband
1145038	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband
1145039	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband
1145040	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband
1145041	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband
1145044	XS, Therapy-masker 3100 NC, zonder hoofdband, GBL
1145045	S, Therapy-masker 3100 NC, zonder hoofdband, GBL
1145046	M, Therapy-masker 3100 NC, zonder hoofdband, GBL
1145047	L, Therapy-masker 3100 NC, zonder hoofdband, GBL
1145048	MW, Therapy-masker 3100 NC, zonder hoofdband
1145049	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband,
1145050	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband
1145051	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband
1145052	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband
1145055	XS, Therapy-masker 3100 SP, zonder hoofdband, GBL
1145056	S, Therapy-masker 3100 SP, zonder hoofdband, GBL
1145057	M, Therapy-masker 3100 SP, zonder hoofdband, GBL
1145058	L, Therapy-masker 3100 SP, zonder hoofdband, GBL
1145059	MW, Therapy-masker 3100 SP, zonder hoofdband
1145060	Therapy-masker 3100 NC-SP, demopakket
1145061	Therapy-masker 3100 NC, lab FitPack, enkel
1145062	Therapy-masker 3100 SP, lab FitPack, enkel
1145063	Therapy-masker 3100 NC-SP, lab, combo
1145064	XS, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
1145065	S, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
1145066	M, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
1145067	L, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
1145068	MW, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP

1137916RTL	FITPACK DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND -RTL
------------	---

1145069	XS, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
1145070	S, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
1145071	M, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
1145072	L, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
1145073	MW, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
1145074	Therapy-masker 3100 NC-SP, frame, RP
1145459	XS, Therapy-masker 3100 NC, met hoofdband, GBL
1145460	S, Therapy-masker 3100 NC, met hoofdband, GBL
1145461	M, Therapy-masker 3100 NC, met hoofdband, GBL
1145462	MW, Therapy-masker 3100 NC, met hoofdband, GBL
1145463	L, Therapy-masker 3100 NC, met hoofdband, GBL
1145464	XS, Therapy-masker 3100 SP, met hoofdband, GBL
1145465	S, Therapy-masker 3100 SP, met hoofdband, GBL
1145466	M, Therapy-masker 3100 SP, met hoofdband, GBL
1145467	MW, Therapy-masker 3100 SP, met hoofdband, GBL
1145478	L, Therapy-masker 3100 SP, met hoofdband, GBL
1145916	Therapy-masker 3100 NC, lab FitPack, GBL
1145917	Therapy-masker 3100 SP, lab FitPack, GBL